

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ ชนิดไม่มีแบ่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

1.ความต้องการ

ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับทำหัตถการและการผ่าตัด

2.วัตถุประสงค์

สำหรับใส่ทำหัตถการต่าง ๆ และการผ่าตัด

3.คุณลักษณะทั่วไป

3.1 ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้ชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด

3.2 ถุงมือทุกคู่มีลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า 280 มม.สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี

3.3 ถุงมือบรรจุในซองพับแบบกระเป๋ายกออกเป็นข้างซ้ายและขวา เพื่อสะดวกในการสวมใส่และมีช่องนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันสภาวะปลอดเชื้อ ซองละ 1 คู่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้วและผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว

3.4 เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน

3.5 มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุหน้ากล่องบรรจุ และซองที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด

3.6 ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิต่างๆที่อาจเป็นผลเสียต่องานเช่นฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง

3.7 เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับการทำศัลยกรรมผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้

3.8 ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีแบ่งเคลือบภายในและภายนอกถุงมือ

3.9 เมื่อนำกลับมาฆ่าเชื้อซ้ำสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งไอน้ำที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และสามารถนำกลับมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยยังมีคุณภาพที่ใช้งานได้ดี

3.10 เป็นถุงมือที่ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม

3.11 มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิต่างๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายในขณะเปียก

3.12 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 / ISO 13485 : 2003

3.13 ได้รับมาตรฐาน มอก. 538-2548

3.14 ได้รับมาตรฐาน CE 0434

3.15 ขนาดบรรจุ กล่องละ 50 คู่

4.เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

4.2 รับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันรับมอบจนครบเป็นต้นไป

4.3 ต้องส่งตัวอย่างถุงมืออย่าง จำนวน 1 กล่อง เพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางสาวพะเยาว์ ด่านปรีดา)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรัญญา พลเจริญ)