

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
สายดูดเสมหะ (Suction tube)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

1. ความต้องการ

สายดูดเสมหะ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในการดูดเสมหะ

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นสายดูดเสมหะ ผลิตจาก PVC Medical grade มีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดีไม่พับและหักง่าย
- 3.2 ความยาวตั้งแต่ส่วนหัว จนถึงส่วนปลายไม่น้อยกว่า 50 ซม.
- 3.3 ปลายสายมนเรียบ เพื่อสอดสายเข้าลำคอของผู้ป่วย จะได้ไม่ระคายเคือง ปลายสายมีรูเปิด 1 รู และ รู ด้านข้างเยื้องกัน 2 รู เพื่อให้มีช่องว่างของอากาศ ช่วยป้องกันการอุดตันและป้องกันการ หักพับของสาย
- 3.4 เมื่อสายอยู่ในร่างกายผู้ป่วย จะยืดหยุ่นได้ตามอุณหภูมิของร่างกาย
- 3.5 เนื้อพลาสติกมีลักษณะใสสามารถมองเห็นเสมหะภายในสายได้ ผิวภายนอกเรียบสม่ำเสมอไม่ระคาย
- 3.6 ขนาดของสาย มีตั้งแต่ เบอร์ 5 ถึง เบอร์ 18
- 3.7 บรรจุด้วยซอง ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง
- 3.8 บรรจุซองละ 1 เส้น สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หลังซองระบุชื่อผลิตภัณฑ์, Lot. Number, วันผลิต และวันหมดอายุ
- 3.9 ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบของ
- 3.10 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับเครื่องหมายอุตสาหกรรม(มอก.) และผ่านการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 วัสดุการแพทย์ที่เสนอราคา ต้องเป็นของใหม่ และ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบของ
- 4.2 วัสดุการแพทย์ที่ส่งมอบ หากมีการชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- 4.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุการแพทย์ที่เสนอ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณา และการตรวจรับพัสดุจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น/เบอร์ และทางโรงพยาบาลฯ จะไม่คืนของตัวอย่างให้ผู้เสนอราคา
- 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาขายวัสดุการแพทย์ ตามประกาศนี้ในราคาที่ไม่แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีการใด ๆ (ในปีงบประมาณเดียวกัน) ทั้งนี้หากโรงพยาบาลฯ พบว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาขายให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แพงกว่าราคาที่ขายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ขายจะต้องคืนเงินส่วนต่างให้กับโรงพยาบาลฯ และ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพะเยาว์ ด่านปรีดา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอรัญญา พลเจริญ)