

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต
ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

๑. ความต้องการ

เพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) กับผู้ป่วยโรคไตใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ขอบเขตของงาน

- ๒.๑. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานบริการ
- ๒.๒. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่พร้อมใช้งานสำหรับให้บริการฟอกเลือด ณ หน่วยบริการ
- ๒.๓. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรเพื่อทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อย่างน้อยดังนี้
 - ๒.๓.๑ ต้องจัดให้มีอายุรแพทย์โรคไตหรืออายุรแพทย์ที่สำเร็จการอบรมไตเทียม จากสถาบันที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับรอง จำนวน ๑ คน โดยแพทย์ดังกล่าวต้องปฏิบัติงาน Full time ในสถานบริการสาธารณสุขที่ห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร และสามารถให้การรักษากรณีฉุกเฉินได้ไม่เกิน ๔๕ นาที
 - ๒.๓.๒ พยาบาลหัวหน้าหน่วยไตเทียมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยไตเทียม ต้องได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาล
 - ๒.๓.๓ ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔-๖ เดือน จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๑ คน ต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔ คน ในแต่ละช่วงเวลา
 - ๒.๓.๔ ต้องจัดให้มีผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมกันด้วยในสัดส่วนเดียวกันกับพยาบาล ในแต่ละช่วงเวลาต้องจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อย่างน้อย ๑ คนในแต่ละช่วงเวลา
- ๒.๔ ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องไตเทียมไม่น้อยกว่า ๑ปี และให้การบำรุงรักษาเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลที่มีอยู่ทั้งแบบเชิงป้องกัน และแบบแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

ลงชื่อ กนพพ ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ กนค กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ กญอ กนพพ กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

- ๒.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็นระบบ Reverse osmosis : กำลังผลิตน้ำบริสุทธิ์อย่างน้อย ๑,๐๐๐ lit/hr. ชุดกรอง Multimedia ๑ tank, Softener ๑ tank, ชุดกรอง Carbon ๒ tank, Ultraviolet ๑ ชุด ที่ได้มาตรฐานตามสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ โดยคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AAMI และผู้รับจ้างต้องดูแลให้ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซม ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ต่อการใช้งาน
- ๒.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
- ๒.๖.๑ ให้บริการฟอกเลือดในพื้นที่ที่จัดให้ในหน่วยไตเทียมของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไม่เกิน ๑๖ เครื่อง ต่อรอบ ไม่เกิน ๓ รอบต่อวัน และไม่เกิน ๖ วันต่อสัปดาห์ หากมีการเพิ่มรอบต่อวันหรือ จำนวนวันต่อสัปดาห์ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ และจัดพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔ ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ โดยส่วนที่แคบที่สุด เช่น ทางเดิน ท้ายเตียงไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร ด้านหัวเตียงให้เดินผ่านได้สะดวก โดยไม่รวมพื้นที่เตรียมน้ำบริสุทธิ์ พื้นที่ล้างตัวกรอง พื้นที่เก็บตัวกรองของผู้ป่วย ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของสะอาดปราศจากเชื้อ ห้องเก็บของทั่วไป ห้องน้ำ และทางเดิน เป็นต้น โดยการดำเนินการด้านสถานที่ให้ยึดหลักการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กำหนดพื้นที่สะอาด-สกปรกออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นระบบ One Way ถ้าหากมีการเพิ่มจำนวนเครื่องต่อรอบให้แจ้งโรงพยาบาลฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ๒.๖.๒ ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าตามที่ใช้อย่างจริงตามมิเตอร์
- ๒.๖.๓ บำรุงรักษาหน่วยไตเทียมให้ได้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- ๒.๖.๔ บำรุงรักษาและดูแลทำความสะอาดภายในหน่วยไตเทียม และภายนอกอาคารในรัศมี ๓ เมตร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
- ๒.๖.๕ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวม ขยะมูลฝอย ภายในและภายนอกอาคารหน่วยไตเทียมในรัศมี ๓ เมตร จากผนังอาคาร พร้อมนำส่งถึงที่ทิ้งขยะแต่ละประเภทที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วกำหนดไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัด คัดจาก น้ำหนักตามราคาตลาดหรือราคาที่กำหนดร่วมกัน
- ๒.๖.๖ ดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ผ้า ผ้ายาง ปลอกหมอน หมอน ฯลฯ ในการจัดเก็บรวบรวมนำส่งถึงโรงซักฟอก สำหรับค่าใช้จ่ายในการซักฟอกหรือทำความสะอาด คัดจากน้ำหนักตามราคาตลาด หรือราคาที่กำหนดร่วมกัน
- ๒.๖.๗ ดูแลติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายนอก ระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้ง Fiber optic เอง

ลงชื่อ นพพร ประธานกรรมการ
(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ อรุณ กรรมการ
(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ ศิริพร กรรมการ
(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ซึ่งเป็นสมบัติของโรงพยาบาลฯ ดังนี้

- ๒.๗.๑ เครื่องไตเทียมระบบ Ultra filtration balancing chamber หรือ Duplex pump: auto-disinfection; มีระบบฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน (Heat-disinfection); ตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่สามารถเพิ่มเครื่องไตเทียมตามปริมาณผู้ป่วยเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในสัญญา ในกรณีที่เครื่องไตเทียมเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องใหม่พร้อมใช้งานมาทดแทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๔๘ ชั่วโมงพร้อมทั้งมีคู่มือประจำเครื่อง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีการกำหนดเกณฑ์และผลการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องตามปกติ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- ๒.๗.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเครื่องไตเทียมรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ในระหว่างสัญญา จนถึงสิ้นสุดสัญญา
- ๒.๗.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็นเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) Nurse Station และเก้าอี้
- ๒) ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มสำนักงาน
- ๓) เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในสำนักงาน
- ๔) โซฟาสำหรับพอกเลือดผู้ป่วย
- ๕) โทรศัพท์

๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพอกเลือดอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ได้แก่

๒.๘.๑ Dialyzer (ตัวกรองเลือด)

- ตัวกรอง High Flux ใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๑๕ ครั้ง
- ตัวกรอง Low Flux ใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง

โดยวัดค่าตาม TCV ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% ตามมาตรฐานกำหนดและต้องมีการทำ Test leak ทุกครั้ง และมีตู้เก็บตัวกรองเลือดที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกำหนด

๒.๘.๒ Blood Line และ Transducer Protector สำหรับใช้ครั้งเดียว ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ

๒.๘.๓ AV Fistula needles

๒.๘.๔ Syringe

๒.๘.๕ Plaster ที่ใช้ในการพอกเลือด

๒.๘.๖ ยาที่ใช้ในการพอกไตตามมาตรฐานทั้งหมด เช่น Heparin, Xylocaine, Glucose, ๐.๙%NSS๑๐๐๐ ml เป็นต้น

๒.๘.๗ น้ำยาที่ใช้ในการพอกเลือดทั้งหมด เช่น น้ำยาล้างไต Hemo A และ Hemo B ทั้งแบบที่เป็นของเหลวหรือแบบผง

๒.๘.๘ น้ำยาฆ่าเชื้อ Peracetic Acid ๔%, - ๓๐% Sodium Hypochlorite, - Alcohol, Povidine, และ/หรือ ๒%chlorhexidine

ลงชื่อ*นางพ*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ.....*อ.อ.อ.*.....กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ*นางอ.อ.อ.*.....กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

- ๒.๘.๙ Dressing Set แบบใช้ครั้งเดียว
- ๒.๘.๑๐ ตัวกรองน้ำยาล้างไต (Ultrafilter) สำหรับเครื่อง Hemodialysis โดยใช้ไม่เกิน ๑๐๐ ครั้ง หรือไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันเริ่มใช้
- ๒.๘.๑๑ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ถ้ามี) ให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด
- ๒.๘.๑๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation : HA) ให้คำแนะนำ
- ๒.๘.๑๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรถ Emergency เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการกู้ชีพและเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ๒.๘.๑๔ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ๒.๘.๑๕ เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ ออกซิเจน ความดันชีพจรการเต้นของหัวใจ (Monitor)
- ๒.๘.๑๖ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
- ๒.๘.๑๗ เครื่องผลิตออกซิเจนหรือถังออกซิเจนอย่างน้อย ๑ เครื่อง/ถัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ๒.๘.๑๘ เตียงนอนและกระดานสำหรับ CPR
- ๒.๘.๑๙ เครื่องซังน้ำหนักชนิดดิจิทัล ซึ่งสามารถชั่งผู้ป่วยที่นั่งอยู่บนรถเข็นได้
- ๒.๘.๒๐ จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตให้พอใช้สำหรับผู้ป่วย
- ๒.๘.๒๑ รถเข็นสำหรับการพยาบาล
- ๒.๘.๒๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ อย่างน้อยจำนวน ๑ ชุด ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สำหรับบันทึก ส่งข้อมูลผู้ป่วยในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และติดตั้งระบบ LAN ลงข้อมูลผู้ป่วย
- ๒.๙ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกข้อมูลคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผ่านโปรแกรมการเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อเบิกค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
- ๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องช่วยดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อขอจดทะเบียนและหรือต่ออายุเป็นสถานบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
- ๒.๑๑ ผู้รับจ้างต้องลงข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม TRT ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ๒.๑๒ ผู้รับจ้างต้องมีการบันทึกข้อมูลคนไข้ที่มารับบริการฟอกเลือดฯ ทุกครั้ง ในฐานข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาล ฯ (Hosxp)
- ๒.๑๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบใบบันทึกการฟอกเลือด ฯ (Hemo Sheet) ของผู้ป่วยทุกรายให้กับทางโรงพยาบาล

ลงชื่อ *กนกพร* ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ *อ.ม.ส.* กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ *ปิยะ งามทอง* กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างน้อย ๒ ปี
- ๓.๒ ผู้รับจ้างต้องไม่เคยทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วหรือโรงพยาบาลอื่นใดได้รับความเสียหายจากการให้บริการฟอกเลือดมาก่อน
- ๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาดูแลรักษาเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาล กับบริษัทฯ ที่เป็นผู้จำหน่าย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องไตเทียมเป็นประจำทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำสัญญา
- ๓.๔ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในการจัดเตรียมเอกสารตามระบบคุณภาพที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการอยู่ รวมทั้งควบคุมและรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบคุณภาพที่รองรับมาตรฐาน HA จัดทำแผนงานคุณภาพ (QP) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WP) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) รายงานผลการประเมินคุณภาพ (KP) รายงานการดำเนินการที่ผ่านมาในระยยะทุก ๑ เดือน และสรุปรายงานผลในระยยะ ๑ ปี มีแผนพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ และรักษาคุณภาพของการบริการในเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยกำหนด Competency level, orientation, training policy
- ๓.๕ กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการกับผู้รับจ้าง ได้รับความเสียหายแล้วดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินคดีกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความบกพร่องของเครื่องไตเทียมหรืออุปกรณ์ไตเทียม หรือกระบวนการให้บริการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
- ๓.๖ ผู้รับจ้างต้องรวบรวมจำนวนการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันสุดท้ายของเดือน เพื่อสรุปจำนวนและยอดค่าบริการให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง โดยส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าบริการต่อเมื่อได้รับการยืนยันชำระค่าบริการจากทั้ง ๓ กองทุน รวมทั้งผู้ป่วยที่ชำระเงินสด ในกรณีที่มิเหตุทำให้ทั้งสามกองทุนหรือกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่ชำระค่าบริการให้แก่ทางโรงพยาบาลด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทางโรงพยาบาลจะขอตัดชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างหรือเรียกเงินคืนกรณีที่จ่ายเงินไปแล้ว
- ๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั่วไปที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนดให้ตลอดจนการพัฒนาาระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้ว่าจ้าง และตามที่คุณว่าจ้างจะกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ลงชื่อ *น.กพ* ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ *oms* กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ *พ.ก. อาษา* กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

รายละเอียดแนบท้าย ๑ การทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ในอาคารหน่วยไตเทียม
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. บริเวณพื้นที่ทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ภายในและภายนอกอาคาร

๒. เวลาและแผนงานทำความสะอาด

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ ที่กำหนดตามข้อ ๑. และพื้นที่รอบนอกอาคาร ห่างจากขอบตึก รัศมี ๓ เมตร โดยทำตามแผนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ตามที่กำหนด โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการทำความสะอาดตามรายการประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ดังต่อไปนี้

๒.๑. แผนการทำความสะอาด ประจำวัน เวลา ๐๕.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.

- ๒.๑.๑ เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งระเบียงทางขึ้นด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยน้ำยาเช็ดพื้นอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง หรือเมื่อพบว่าสกปรก
- ๒.๑.๒ เช็ดขอบหน้าต่างและกระจกประตู บานเกล็ดให้สะอาดตลอดวัน
- ๒.๑.๓ ขัดล้างห้องน้ำรวมผนังและสุขภัณฑ์ พร้อมใส่น้ำยาดับกลิ่น อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้งหรือเมื่อพบว่าสกปรก และที่รองรับอุจจาระปัสสาวะขับให้แห้งตลอดหรือเมื่อพบว่าสกปรก
- ๒.๑.๔ ขัดล้างอ่างน้ำ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อพบว่าสกปรก
- ๒.๑.๕ เปลี่ยนถุงขยะอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อขยะเต็มหรือเจ้าหน้าที่แจ้งให้เก็บ
- ๒.๑.๖ มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ

๒.๒. แผนการทำความสะอาด ประจำสัปดาห์

- ๒.๒.๑ ปิดกวาดหยากไย่พื้นที่ทั้งหมด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ หรือเมื่อสกปรก
- ๒.๒.๒ เช็ดกระจกทุกบาน และมุ้งลวด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ หรือเมื่อสกปรก
- ๒.๒.๓ ขัดล้างพื้นที่ทั้งหมด ๑ ครั้ง/สัปดาห์
- ๒.๒.๔ ล้างห้องน้ำทำความสะอาดครั้งใหญ่ ๑ ครั้ง/สัปดาห์
- ๒.๒.๕ ทำความสะอาดระเบียงรอบ ๆ อาคาร อย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์
- ๒.๒.๖ ล้างถังขยะทุกใบอย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์

๒.๓. แผนการทำความสะอาด ประจำเดือน

- ๒.๓.๑ ขัดล้างพื้นลงน้ำยา ๑ ครั้ง/เดือน
- ๒.๓.๒ ขัดฝาผนัง พื้นมุมห้องที่มีคราบสกปรกฝัง ๑ ครั้ง/เดือน
- ๒.๓.๓ ทำความสะอาดฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ๑ ครั้ง/เดือน
- ๒.๓.๔ เช็ดพัดลม ๒ ครั้ง/เดือน
- ๒.๓.๕ เช็ดมุ้งลวด หลอดไฟ ๑ ครั้ง/เดือน

ลงชื่อ นพพ ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ Am กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ วิภา ดมมาท กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๓. มาตรฐานของงาน ลักษณะงานที่กำหนดในข้อ ๒ นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้

๓.๑. การทำความสะอาดพื้น

๓.๑.๑. การปิดกวาด ดูฝุ่น

ให้ปิดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได (จนถึงบันไดชั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนำขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปิดกวาด เว้นแต่พื้นที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือเครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงาน เมื่อทำความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน

๓.๑.๒. การถูด้วยมือ

หลังจากการทำความสะอาดตามข้อ ๓.๑.๑. แล้วให้ดูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยมือชุบน้ำบิดหมาด มือที่นำมาใช้งานต้องเป็นมือที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรก ให้ใช้น้ำยาล้างพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการจัดรอยหรือตำหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สำหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยาตามความเหมาะสม หลังจากเช็ดดูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของมือติดอยู่ตามขอบกำแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงานไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทำงานดังกล่าว

๓.๒. การทำความสะอาดฝ้าผนังและฝ้าเพดาน

ให้ปิดกวาด เช็ดดู ดูฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากใย โยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตูหน้าต่าง ขอบประตูและผนังได้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับฝ้าผนังไม้บุด้วยกระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้าเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน (ถ้ามี)

๓.๓. การทำความสะอาดกระจก

ให้เช็ดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ำและเช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทำความสะอาดกระจก

๓.๔. การทำความสะอาดคอมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ

ให้เช็ดดูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากใย และคราบสกปรก และให้ทำด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทำความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ

๓.๕. การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ

ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสนิมจับ

๓.๖. การทำความสะอาดห้องน้ำ

ด้วยการขัดถู ล้างพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำ พร้อมแขวนก้อนดับกลิ่นหรือฉีดพ่นน้ำหอมดับกลิ่น หรือดูแลไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และล้างหม้อนอนทุกครั้งที่ไม่สะอาด ทุกห้องสุขาและโถปัสสาวะ โดยดูแลทุก ๑ ชั่วโมง ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

๓.๗. มาตรฐานความปลอดภัย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ต้องมีป้ายแสดงว่าพื้นลื่นหรือมีเชือกกั้นและต้องระมัดระวังอย่างดี ที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการ

ลงชื่อ น.กพร ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ Cam กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ พิกุล อาษานอก กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๓.๘. ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้กำหนดรายละเอียดการทำงานไว้

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

๔. เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเอง

๕. น้ำยาทำความสะอาด

คุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาทำความสะอาด ต้องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย พร้อมแนบหลักฐานยืนยันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยจะต้องไม่มีสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทำความสะอาด

๖. รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ

๖.๑. พนักงานผู้รับจ้างจัดหามา นั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและผ่านการอบรมจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว

๖.๒. ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานทุกคนสวมใส่เครื่องแบบ และเครื่องหมายป้ายชื่อพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงานและแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย

๖.๓. ในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด จะต้องระมัดระวังมิให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง หรือประชาชนผู้มาติดต่อ หรือใช้บริการโรงพยาบาลฯ และจะต้องอยู่ประจำพื้นที่ที่กำหนด

๖.๔. ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของวัสดุอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างทันทีที่พบ

ลงชื่อ *นางสาวกนกพร ทองเลื่อน* ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

ลงชื่อ *นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์* กรรมการ

(นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์)

ลงชื่อ *นางสาวพิกุล อาษานอก* กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)