

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ความต้องการ

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก เพื่อใช้ตัด, เจาะ กรอ หรือหัตถการด้านออร์โธปิดิกส์ รายละเอียดและคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุปลอดสนิม สามารถผ่านขบวนการปราศจากเชื้อความร้อนภายใต้แรงดันไอน้ำได้

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|-------|--|---------------|
| ๓.๑ | สว่านเจาะกระดูก | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓.๑.๑ | เป็นเครื่องมือเจาะและกรอสำหรับกระดูกเล็กด้วยความเร็วปานกลาง | |
| ๓.๑.๒ | มีน้ำหนัก ๑๘๐-๒๐๐ กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เซนติเมตร | |
| ๓.๑.๓ | มีความเร็วรอบ ๑๒,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ รอบต่อนาที | |
| ๓.๒ | เครื่องตัดกระดูกแบบซีกซ้ายขวา (Sagittal Saw) | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓.๒.๑ | มีน้ำหนัก ๒๐๐-๒๒๐ กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เซนติเมตร | |
| ๓.๒.๒ | มีความเร็วรอบ ๑๒,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ รอบต่อนาที | |
| ๓.๓ | อุปกรณ์สำหรับต่อระบบแบตเตอรี่ | |
| ๓.๓.๑ | เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ใช้กระแสไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓.๓.๒ | แบตเตอรี่แบบลิเธียม สามารถทำการปราศจากเชื้อได้ | จำนวน ๓ ชิ้น |
| ๓.๓.๓ | ฐานสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่ | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๓.๔ | อุปกรณ์อื่นๆ | |
| ๓.๔.๑ | อุปกรณ์ป้องกันหัวกรอ ขนาดปานกลาง | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓.๔.๒ | อุปกรณ์ป้องกันหัวกรอ ขนาดยาว | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓.๔.๓ | อุปกรณ์ป้องกันหัวกรอ ขนาดยาวพิเศษ | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓.๔.๔ | กล่องบรรจุเครื่องมือพร้อมฝาที่สามารถทำการปราศจากเชื้อได้ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓.๔.๕ | ใบมีดและหัวกรอตามต้องการ | จำนวน ๑๕ ชิ้น |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา หอมฉุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายณัฐชัย แห่งทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดาวรัตน์ ขาติทรัพย์สิน)

๔.รายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาคิตมาก่อน
- ๔.๒ ผู้ขายต้องสาธิตการใช้งานเครื่องมือจนผู้ใช้เข้าใจ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิทยา หอมฉุน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณัฐชัย แท่งทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวดาวรัตน์ ขาติทรัพย์สิน)