

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนทางน้ำ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

1. ความต้องการ

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนทางน้ำ ใช้สำหรับตัดเนื้อตายในบาดแผลและล้างทำความสะอาดบาดแผล สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก รายละเอียดและคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 588,500.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นเครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำแรงดันสูง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง, พุทสวิทช์ควบคุมการทำงาน

2.2 ใช้กับไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

3.1 ตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างน้ำแรงดันสูงและส่งผ่านน้ำแรงดันสูงไปยังหัวตัด (Versajet Handpiece) เพื่อใช้สำหรับการตัดเนื้อตาย มีสวิทช์ควบคุมระดับความแรงของน้ำในการตัดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ระดับ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการตัดเนื้อตายชนิดต่างๆ

3.2 สวิทช์ควบคุมการทำงาน เป็นแบบควบคุมด้วยเท้าเหยียบใช้เป็น ปิด-เปิด และมีปุ่มสำหรับปรับระดับความแรงของน้ำในการตัดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ระดับ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

4. รายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

4.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบของครบเป็นต้นไป

4.3 ผู้ขายต้องติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนกว่าจะใช้งานได้เป็นอย่างดี

4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริงที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันยื่นเสนอราคา

4.5 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด เมื่อส่งมอบเครื่อง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นายธีรวัฒน์ โสธนนันทน์ )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางจีราพัชร์ ลาวีน )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางสาวรัชฎาภรณ์ เพชรเกลี้ยง )