

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ความต้องการ

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก เพื่อใช้ตัด, เจาะ กรอ หรือหัตถการด้านออร์โธปิดิกส์ รายละเอียดและคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒.รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุปลอดสนิม สามารถผ่านขบวนการปราศจากเชื้อ ความร้อนภายใต้แรงดันไอน้ำได้

๓.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ส่วนเจาะกระดูก

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๑.๑ เป็นเครื่องมือเจาะและกรอสำหรับกระดูกเล็กด้วยความเร็วปานกลาง

๓.๑.๒ มีน้ำหนัก ๑๘๐-๒๐๐ กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เซนติเมตร

๓.๑.๓ มีความเร็วรอบ ๑๒,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ รอบต่อนาที

๓.๒ เครื่องตัดกระดูกแบบซีกซ้ายขวา (Sagittal Saw)

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๒.๑ มีน้ำหนัก ๒๐๐-๒๒๐ กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เซนติเมตร

๓.๒.๒ มีความเร็วรอบ ๑๒,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ รอบต่อนาที

๓.๓ อุปกรณ์สำหรับต่อระบบแบตเตอรี่

๓.๓.๑ เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ใช้กระแสไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๓.๒ แบตเตอรี่แบบลิเธียม สามารถทำการปราศจากเชื้อได้

จำนวน ๓ ชิ้น

๓.๓.๓ ฐานสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่

จำนวน ๒ ชิ้น

๓.๔ อุปกรณ์อื่นๆ

๓.๔.๑ อุปกรณ์ป้องกันหัวกรอ ขนาดปานกลาง

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๔.๒ อุปกรณ์ป้องกันหัวกรอ ขนาดยาว

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๔.๓ อุปกรณ์ป้องกันหัวกรอ ขนาดยาวพิเศษ

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๔.๔ กล่องบรรจุเครื่องมือพร้อมฝาที่สามารถทำการปราศจากเชื้อได้

จำนวน ๑ ชุด

๓.๔.๕ ใบมีดและหัวกรอตามต้องการ

จำนวน ๑๕ ชิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา หอมฉุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐชัย แท่งทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดาวรัตน์ ขาติทรัพย์สิน)

๔.รายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ ผู้ขายต้องสาธิตการใช้งานเครื่องมือจนผู้ใช้เข้าใจ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา หอมฉุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐชัย แท่งทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดาวรัตน์ ขาติทรัพย์สิน)