

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

.....

1. ความต้องการ

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รายละเอียดและคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดจำนวน 140 เครื่อง ในวงเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

2.รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง มีจอแสดงผลแบบ LED

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม
- 3.2 ค่าความละเอียด 50 กรัม
- 3.3 ใช้ AC Adapter ช่วงวัดความสูงขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 80 ไม่นเกิน 85 ซม. สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 ซม. ละเอียด 0.1 ซม.
- 3.4 แท่นชั่งมีขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า 340 x 380 มิลลิเมตร พร้อมชุดวัดส่วนสูงขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 80 ไม่นเกิน 85 ซม. สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 ซม.
- 3.5 มีฟังก์ชันตั้งหน้าจอแสดงน้ำหนักค้างไว้
- 3.6 มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 3.7 มีระบบเสียงบอกน้ำหนักเป็นภาษาไทย
- 3.8 ฟังก์ชันเสียงภาษาไทย
- 3.9 พลังงาน Rechargeable battery หรือไฟฟ้า 220 V. (5V/500mA, 6V/500mA Adapter)
- 3.10 ได้รับมาตรฐาน ISO9001

4. รายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 4.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบของครบเป็นต้นไป
- 4.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริงที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันยื่นเสนอราคา
- 5.4 ผู้เสนอราคาต้องมีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง เมื่อส่งมอบเครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา สิทธิประภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางขวัญจิต สุทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจารี ปัญญา)