

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต
ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

๑. ความต้องการ

เพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) กับผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑ ปี จำนวนประมาณ ๑๔,๖๙๒ รอบ

๒. ขอบเขตของงาน

- ๒.๑. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานบริการ
- ๒.๒. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่พร้อมใช้งานสำหรับให้บริการฟอกเลือด ณ หน่วยบริการ
- ๒.๓. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรเพื่อทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อย่างน้อยดังนี้
 - ๒.๓.๑ ต้องจัดให้มีอายุรแพทย์โรคไตหรืออายุรแพทย์ที่สำเร็จการอบรมไตเทียม จากสถาบันที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับรอง จำนวน ๑ คน โดยแพทย์ดังกล่าวต้องปฏิบัติงาน Full time ในสถานบริการสาธารณสุขที่ห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร และสามารถเข้ามาให้การรักษากรณีฉุกเฉินได้ไม่เกิน ๔๕ นาที หลังจากได้รับแจ้ง
 - ๒.๓.๒ พยาบาลหัวหน้าหน่วยไตเทียมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยไตเทียม ต้องได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาล และขึ้นปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนรอบที่เปิดบริการ
 - ๒.๓.๓ ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔-๖ เดือน จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๑ คน ต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔ คน ในแต่ละช่วงเวลา และขึ้นปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา(full time) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนรอบที่เปิดบริการ
 - ๒.๓.๔ ต้องจัดให้มีผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมกันด้วยในสัดส่วนเดียวกันกับพยาบาล ในแต่ละช่วงเวลาต้องจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อย่างน้อย ๑ คนในแต่ละช่วงเวลา

ลงชื่อ*นางสาวกัญญา*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกัญญา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ.....*นางอุษา*.....กรรมการ
(นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา)

ลงชื่อ*นางสาวพิกุล*.....กรรมการ
(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

- ๒.๔.๑ ให้บริการฟอกเลือดในพื้นที่ที่จัดไว้ในหน่วยไตเทียมของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไม่เกิน ๑๖ เครื่อง ต่อรอบ ไม่เกิน ๓ รอบต่อวัน และไม่เกิน ๖ วันต่อสัปดาห์ โดยจัดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๖.๐๐น.ถึงเวลา ๒๐.๐๐น.ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการเพิ่มรอบต่อวันหรือ จำนวนวันต่อสัปดาห์จากเหตุฉุกเฉิน จำเป็นให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ และจัดพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔ ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ โดยส่วนที่แคบที่สุด เช่น ทางเดินท้ายเตียงไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร ด้านหัวเตียงให้เดินผ่านได้สะดวก โดยไม่รวมพื้นที่เตรียมน้ำบริสุทธิ์ พื้นที่ล้างตัวกรอง พื้นที่เก็บตัวกรองของผู้ป่วย ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของสะอาดปราศจากเชื้อ ห้องเก็บของทั่วไป ห้องน้ำ และทางเดิน เป็นต้น โดยการดำเนินการด้านสถานที่ให้ยึดหลักการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กำหนดพื้นที่สะอาด-สกปรกออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นระบบ One Way ถ้าหากมีการเพิ่มจำนวนเครื่องต่อรอบให้แจ้งโรงพยาบาลฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และห้ามมิให้ผู้รับจ้างรับให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่บุคคลใดหรือผู้ป่วยรายได้โดยไม่ผ่านตามระบบของผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างกระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะได้รับคำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบและผูกพันต่อการกระทำดังกล่าวนี้และให้ถือว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกว่าเลิกสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
- ๒.๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงตามมิเตอร์ และส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
- ๒.๔.๓ บำรุงรักษาหน่วยไตเทียมให้ได้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- ๒.๔.๔ บำรุงรักษาและดูแลทำความสะอาดภายในหน่วยไตเทียม และภายนอกอาคารในรัศมี ๓ เมตร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
- ๒.๔.๕ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวม ขยะมูลฝอย ภายในและภายนอกอาคารหน่วยไตเทียมในรัศมี ๓ เมตร จากผนังอาคาร พร้อมนำส่งถึงที่ทิ้งขยะแต่ละประเภทที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วกำหนดไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัด คิดจากน้ำหนักตามราคาตลาดหรือราคาที่กำหนดร่วมกัน และส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
- ๒.๔.๖ ดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ผ้า ผ้ายาง ปลอกหมอน หมอน ฯลฯ ในการจัดเก็บรวบรวมนำส่งถึงโรงซักฟอก สำหรับค่าใช้จ่ายในการซักฟอกหรือทำความสะอาด คิดจากน้ำหนักตามราคาตลาด หรือราคาที่กำหนดร่วมกัน และส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
- ๒.๔.๗ ดูแลติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายนอก ระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้ง Fiber optic เอง

ลงชื่อ*นางสาวกัญญา*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกัญญา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ.....*นางอุษา*.....กรรมการ
(นางอุษา ศุภมิตรฤชณา)

ลงชื่อ*นางสาวพิกุล*.....กรรมการ
(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ครุภัณฑ์ซึ่งเป็นสมบัติของโรงพยาบาลฯ อย่างระมัดระวังและดูแลรักษาครุภัณฑ์ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการไต่เตียม ของโรงพยาบาล ดังนี้

๒.๕.๑ เครื่องไตเทียมระบบ Ultra filtration balancing chamber หรือ Duplex pump: auto-disinfection; มีระบบฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน (Heat-disinfection); ตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่สามารถเพิ่มเครื่องไตเทียมตามปริมาณผู้ป่วยเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ทำสัญญาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องไตเทียมกับบริษัทเจ้าของเครื่องไตเทียมโดยตรง และส่งใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องไตเทียมให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษทุกครั้ง ในกรณีที่เครื่องไตเทียมเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องไตเทียมสำรองเพื่อใช้งาน ส่วนเรื่องการตรวจเพาะเชื้อและ endotoxin จากเครื่องไตเทียมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๒.๕.๒ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ แบบรีเวอร์สออสโมซิส (direct or indirect feed) กำลังผลิตอย่างน้อย ๑๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ชุดกรอง multimedia, softener, carbon, ultraviolet

๒.๕.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็นเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) Nurse Station และเก้าอี้
- ๒) ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มสำนักงาน
- ๓) เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในสำนักงาน
- ๔) โซฟาหรือเตียงสำหรับพอกเลือดผู้ป่วย
- ๕) โทรศัพท์ ตามสมควร

๒.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพอกเลือดอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ได้แก่

๒.๖.๑ Dialyzer (ตัวกรองเลือด) synthetic membrane

- ตัวกรอง High Flux พื้นที่หน้าตัดอย่างน้อย ๑.๘ ตารางเมตร ใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๑๕ ครั้ง
 - ตัวกรอง Low Flux พื้นที่หน้าตัดอย่างน้อย ๑.๘ ตารางเมตร ใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง
- โดยวัดค่าตาม TCV ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% ทุกครั้งตามมาตรฐานกำหนดและต้องมีการทำ Test leak ทุกครั้ง และมีตู้เก็บตัวกรองเลือดที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกำหนด

๒.๖.๒ Blood Line และ Transducer Protector สำหรับใช้ครั้งเดียว ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ

๒.๖.๓ AV Fistula needles

๒.๖.๔ Syringe

๒.๖.๕ Plaster ที่ใช้ในการพอกเลือด

๒.๖.๖ ยาที่ใช้ในการพอกไตตามมาตรฐานทั้งหมด เช่น Heparin, Xylocaine, Glucose, ๐.๙%NSS๑๐๐๐ ml เป็นต้น

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรภิญญา)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

- ๒.๖.๗ น้ำยาที่ใช้ในการฟอกเลือดทั้งหมด เช่น น้ำยาล้างไต Hemo A และ Hemo B ทั้งแบบที่เป็นของเหลวหรือแบบผง
- ๒.๖.๘ น้ำยาฆ่าเชื้อ Peracetic Acid ๔%, - ๓๐% Sodium Hypochlorite, - Alcohol, Povidine, และ/หรือ ๒%chlorhexidine , citrosteril (ทางผู้ว่าจ้างจะเติมน้ำยา citrosteril ให้เต็มในครั้งแรก หลังจากนั้นผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเองและเติมให้เต็มเมื่อสิ้นสุดสัญญา)
- ๒.๖.๙ Dressing Set แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยใช้ ๑ set ต่อการทำหัตถการ ๑ ครั้งตามหลักการของ infectious control
- ๒.๖.๑๐ ตัวกรองน้ำยาล้างไต (Ultrafilter) สำหรับเครื่อง Hemodialysis๔๐๐๘๘ โดยใช้ไม่เกิน ๑๐๐ ครั้ง หรือไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันเริ่มใช้ และนำ sticker ที่ลอกจาก ultrafilter ตัวใหม่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ๒.๖.๑๑ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ถ้ามี) ให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด
- ๒.๖.๑๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation : HA) ให้คำแนะนำ
- ๒.๖.๑๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีโซน CPR โดยมี รถ Emergency เตี้ย เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการกู้ชีพและเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ๒.๖.๑๔ เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ ออกซิเจน ความดันชีพจรการเต้นของหัวใจ (Monitor)
- ๒.๖.๑๕ เครื่องผลิตออกซิเจนหรือถังออกซิเจนอย่างน้อย ๑ เครื่อง/ถัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ๒.๖.๑๖ เตียงนอนและกระดานสำหรับ CPR
- ๒.๖.๑๗ เครื่องซ้มน้ำหนักชนิดดิจิตอล ซึ่งสามารถชั่งผู้ป่วยที่นั่งอยู่บนรถเข็นได้
- ๒.๖.๑๘ จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตให้พอใช้สำหรับผู้ป่วย
- ๒.๖.๑๙ รถเข็นสำหรับทำการพยาบาล
- ๒.๖.๒๐ เครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ อย่างน้อยจำนวน ๑ ชุด ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สำหรับบันทึก ส่งข้อมูลผู้ป่วยในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และติดตั้งระบบ LAN ลงข้อมูลผู้ป่วย
- ๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกข้อมูลคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผ่านโปรแกรมการเบิกจ่ายค่าชดเชยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อเบิกค่าชดเชยการฟอกเลือดจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม หรือกองทุนอื่น ๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา ๓๐วันนับจากวันที่ให้บริการจริง และไม่เกินระยะเวลาที่แต่ละกองทุนกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับการจ่ายค่าชดเชยการฟอกเลือดของทุกกองทุน

ลงชื่อนางจ.ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ.....นางอุษากรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา)

ลงชื่อนางสาวพิกุลกรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

- ๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องช่วยดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อขอจดทะเบียนและหรือต่ออายุเป็นสถานบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
- ๒.๙ ผู้รับจ้างต้องลงข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม TRT ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ๒.๑๐ ผู้รับจ้างต้องมีการบันทึกข้อมูลคนไข้ที่มารับบริการฟอกเลือดฯ ทุกครั้ง ในฐานข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาล ฯ (Hosxp) โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางโรงพยาบาลเป็นผู้จัดทำให้
- ๒.๑๑ ผู้รับจ้างต้อง scan HD sheet เก็บไว้ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ file ใบบันทึกการฟอกเลือด ฯ (Hemo Sheet) ของผู้ป่วย ทูลรายทุกครั้งให้กับทางโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ผู้รับจ้างต้องไม่เคยทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วหรือโรงพยาบาลอื่นใดได้รับความเสียหายจากการให้บริการฟอกเลือดมาก่อน
- ๓.๒ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในการจัดเตรียมเอกสารตามระบบคุณภาพที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการอยู่ รวมทั้งควบคุมและรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบคุณภาพที่รองรับมาตรฐาน HA จัดทำแผนงานคุณภาพ (QP) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WP) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) รายงานผลการประเมินคุณภาพ (KPI) รายงานการดำเนินการที่ผ่านมาในระยะทุก ๑ เดือน และสรุปรายงานผลในระยะ ๑ ปี มีแผนพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ และรักษาคุณภาพของการบริการในเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยกำหนด Competency level, orientation, training policy
- ๓.๓ กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการกับผู้รับจ้าง ได้รับความเสียหายแล้วดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินคดีกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความบกพร่องของเครื่องไตเทียมหรืออุปกรณ์ไตเทียม หรือกระบวนการให้บริการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
- ๓.๔ ผู้รับจ้างต้องรวบรวมจำนวนการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันสุดท้ายของเดือน เพื่อสรุปจำนวนและยอดค่าบริการให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง โดยส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าบริการต่อเมื่อได้รับการยืนยันชำระค่าบริการจากแต่ละกองทุน รวมทั้งผู้ป่วยที่ชำระเงินสด(ถ้ามี) ในกรณีที่มิเหตุทำให้ทุกกองทุนหรือกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่ชำระค่าบริการให้แก่ทางโรงพยาบาลด้วยเหตุใดๆก็ตามทางโรงพยาบาลจะงดชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างหรือเรียกเงินคืนกรณีที่จ่ายเงินไปแล้ว
- ๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั่วไปที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนดให้ตลอดจนการพัฒนากระบวนการ เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้ว่าจ้าง และตามผู้ว่าจ้างจะกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

**รายละเอียดแนบท้าย ๑ การทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ในอาคารหน่วยไตเทียม
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว**

๑. บริเวณพื้นที่ทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ภายในและภายนอกอาคาร

๒. เวลาและแผนงานทำความสะอาด

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ ที่กำหนดตามข้อ ๑. และพื้นที่รอบนอกอาคาร ห่างจากขอบตึก รัศมี ๓ เมตร โดยทำตามแผนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ตามที่กำหนด โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการทำความสะอาดตามรายการประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ดังต่อไปนี้

๒.๑. แผนการทำความสะอาด ประจำวัน เวลา ๐๕.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.

๒.๑.๑ เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งระเบียงทางขึ้นด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยน้ำยาเช็ดพื้นอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง หรือเมื่อพบว่าสกปรก

๒.๑.๒ เช็ดขอบหน้าต่างและกระจกประตู บานเกล็ดให้สะอาดตลอดวัน

๒.๑.๓ ขัดล้างห้องน้ำรวมผนังและสุขภัณฑ์ พร้อมใส่น้ำยาดับกลิ่น อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้งหรือเมื่อพบว่าสกปรก และที่รองรับอุจจาระปัสสาวะขับให้แห้งตลอดหรือเมื่อพบว่าสกปรก

๒.๑.๔ ขัดล้างอ่างน้ำ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อพบว่าสกปรก

๒.๑.๕ เปลี่ยนถุงขยะอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อขยะเต็มหรือเจ้าหน้าที่แจ้งให้เก็บ

๒.๑.๖ มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ

๒.๒. แผนการทำความสะอาด ประจำสัปดาห์

๒.๒.๑ ปัดกวาดหยากไย่พื้นที่ทั้งหมด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ หรือเมื่อสกปรก

๒.๒.๒ เช็ดกระจกทุกบาน และมุ้งลวด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ หรือเมื่อสกปรก

๒.๒.๓ ขัดล้างพื้นที่ทั้งหมด ๑ ครั้ง/สัปดาห์

๒.๒.๔ ล้างห้องน้ำทำความสะอาดครั้งใหญ่ ๑ ครั้ง/สัปดาห์

๒.๒.๕ ทำความสะอาดระเบียงรอบ ๆ อาคาร อย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์

๒.๒.๖ ล้างถังขยะทุกใบอย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์

๒.๓. แผนการทำความสะอาด ประจำเดือน

๒.๓.๑ ขัดล้างพื้นลงน้ำยา ๑ ครั้ง/เดือน

๒.๓.๒ ขัดฝาผนัง พื้นมุมห้องที่มีคราบสกปรกฝัง ๑ ครั้ง/เดือน

๒.๓.๓ ทำความสะอาดฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ๑ ครั้ง/เดือน

๒.๓.๔ เช็ดพัดลม ๒ ครั้ง/เดือน

๒.๓.๕ เช็ดมุ้งลวด หลอดไฟ ๑ ครั้ง/เดือน

๓. มาตรฐานของงาน ลักษณะงานที่กำหนดในข้อ ๒ นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้

๓.๑. การทำความสะอาดพื้น

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อกรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรฤชณา)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๓.๑.๑. การปิดกวาด ดูดฝุ่น

ให้ปิดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได (จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนำขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปิดกวาด เว้นแต่พื้นที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปิดหรือเครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงาน เมื่อทำความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน

๓.๑.๒. การถูด้วยมือ

หลังจากการทำความสะอาดตามข้อ ๓.๑.๑. แล้วให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยมือชุบน้ำบิดหมาด มือที่นำมาใช้งานต้องเป็นมือที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกให้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือตำหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สำหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยาตามความเหมาะสม หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของมือติดอยู่ตามขอบกำแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงานไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทำงานดังกล่าว

๓.๒. การทำความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน

ให้ปิดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากใย โยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตูหน้าต่าง ขอบประตูและผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับฝ้าผนังไม้บุด้วยกระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้าเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน (ถ้ามี)

๓.๓. การทำความสะอาดกระจก

ให้เช็ดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ำและเช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทำความสะอาดกระจก

๓.๔. การทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ

ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากใย และคราบสกปรก และให้ทำด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทำความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ

๓.๕. การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ

ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสนิมจับ

๓.๖. การทำความสะอาดห้องน้ำ

ด้วยการขัดถู ล้างพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำ พร้อมแขวนก๊อนดับกลิ่นหรือฉีดพ่นน้ำหอมดับกลิ่น หรือดูแลไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และล้างหมอนนอนทุกครั้งที่ไม่สะอาด ทุกห้องสุขาและโถปัสสาวะ โดยดูแลทุก ๑ ชั่วโมง ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

๓.๗. มาตรฐานความปลอดภัย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ต้องมีป้ายแสดงว่าพื้นลื่นหรือมีเชือกกั้นและต้องระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการ

๓.๘. ในกรณีที่รายละเอียดนี้ไม่ได้กำหนดรายละเอียดการทำงานไว้

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๔. เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเอง

๕. น้ำยาทำความสะอาด

คุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาทำความสะอาด ต้องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย พร้อมแนบหลักฐานยืนยันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยจะต้องไม่มีสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทำความสะอาด

๖. รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ

- ๖.๑. พนักงานผู้รับจ้างจัดหามา นั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและผ่านการอบรมจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
- ๖.๒. ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานทุกคนสวมใส่เครื่องแบบ และเครื่องหมายป้ายชื่อพนักงานในขณะปฏิบัติงานและแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย
- ๖.๓. ในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด จะต้องระมัดระวังมิให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง หรือประชาชนผู้มาติดต่อ หรือใช้บริการโรงพยาบาลฯ และจะต้องอยู่ประจำพื้นที่ที่กำหนด
- ๖.๔. ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของวัสดุอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างทันทีที่พบ

รายละเอียดแนบท้าย ๒ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ไตเทียมเอกชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยไตเทียม

๑.๑ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานต้องแสดงใบจบหลักสูตรการพยาบาลไตเทียม ๔-๖ เดือน จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือแสดงใบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ก่อนขึ้นปฏิบัติงานครั้งแรก กรณีมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานใหม่ทุกครั้ง และคอยตรวจสอบอย่าให้ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

๑.๒ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำคือมัธยมศึกษาปีที่๖ หรือเทียบเท่า

๑.๓ มีพยาบาลไตเทียมขึ้นปฏิบัติงานอัตราส่วน พยาบาลไตเทียม ๑ คน ต่อ ผู้ป่วย ๔ คน และต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑ คน/รอบบริการทุกรอบ กรณีฉุกเฉินให้บันทึกข้อความและขออนุมัติทุกครั้ง รวมถึงผู้ช่วยเหลือคนไข้ และให้จัดตารางเวรพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส่งตารางเวรล่วงหน้าให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษก่อนวันที่ ๒๕ ของเดือน กรณีมีเหตุที่เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ให้เขียนบันทึกข้อความส่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษทุกครั้ง

๑.๔ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่พยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ ให้รายงานหัวหน้ากลุ่มงานทุกครั้ง

๑.๕ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

๒. ด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๒.๑ มีแนวทางในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๒.๒ ก่อนการฟอกเลือด

๒.๒.๑ ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยก่อนฟอกเลือด

๒.๒.๒ เตรียมเครื่องไตเทียมและตัวกรอง

๒.๒.๓ เตรียมระบบน้ำให้พร้อมใช้

๒.๓ ขณะฟอกเลือด

๒.๓.๑ มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือด เช่น การดูแลเส้นเลือด และการดูแลสายสวนหลอดเลือดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร

๒.๓.๒ มีการควบคุมกำกับติดตามเครื่องไตเทียมและระบบน้ำขณะให้บริการฟอกเลือด และทำการแก้ไขเมื่อผิดปกติ

๒.๓.๓ กรณีผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตในขณะฟอกเลือดต้องรายงานแพทย์และให้การช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วน

๒.๓.๔ มีการลงบันทึกการพยาบาลในใบฟอกเลือดที่ถูกต้องและครบถ้วน

๒.๓.๕ ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์

๒.๔ หลังฟอกเลือด

๒.๔.๑ ประเมินสภาวะผู้ป่วยก่อนกลับบ้านกรณีคนไข้คนนอก และก่อนกลับหอผู้ป่วยกรณีคนไข้ใน

๒.๔.๒ ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและอาการผิดปกติขณะอยู่บ้าน

๒.๔.๓ นัดหมายสำหรับการฟอกเลือดครั้งต่อไป

๒.๔.๔ ลงบันทึกการพยาบาลในใบฟอกเลือดให้เรียบร้อย กรณีผู้ป่วยในให้สำเนาใบฟอกเลือดใส่ใน IPD chart และลง vital sign หรือ progress note ใน IPD chart ตามระเบียบการพยาบาลผู้ป่วยในให้เรียบร้อย

๒.๔.๕ เก็บล้างทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้ออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องไตเทียม ตัวกรอง รวมถึงทำความสะอาดเตียง พื้นที่ในห้องฟอกเลือด ให้สะอาดเรียบร้อยตามหลัก IC และ ๕ส

๓. คุณภาพบริการ

๓.๑ ปฏิบัติงานโดยใช้นโยบายพัฒนาคุณภาพงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่

- งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- กิจกรรม ๕ส
- งานอัคริภัย
- ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- ระบบยา
- พฤติกรรมบริการ (ESB)

ลงชื่อ *Maha* ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ *ESB* กรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรภุชญา)

ลงชื่อ *Agre* กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)

- รายงานความเสี่ยง
- นิเทศทางการพยาบาล

๓.๒ กำกับดูแลโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เอื้อต่อการให้บริการฟอกเลือด

รายละเอียดแนบท้าย ๓ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๑. ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการตรวจประเมินคุณภาพบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้างและอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปีและเมื่อมีเหตุจำเป็น
๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตรวจประเมินและพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อตกลงตามสัญญา กรณีไม่ดำเนินการและไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที
๓. ผู้รับจ้างทำให้ผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหายจากการบันทึกข้อมูลเบิกค่าชดเชยฟอกเลือดล่าช้า ไม่ถูกต้อง อันเป็นผลให้กองทุนนั้นๆ ปรับลดค่าชดเชยฟอกเลือด ผู้ว่าจ้างจะปรับลดค่าจ้างบริการตามที่กองทุนหักจริงและปรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างเพิ่มอีก ๕ เปอร์เซ็นต์สำหรับรอบบริการนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนสปสช หักค่าชดเชยฟอกเลือดของผู้ป่วยชื่อนาย ก จาก ๑๕๐๐ บาทเป็น ๑๒๐๐ บาททางผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าบริการให้ผู้รับจ้างลดลง ๓๐๐ บาท และหักเพิ่มอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างบริการตั้งต้น และถือเป็นการผิดสัญญา
๔. ผู้รับจ้างไม่บันทึกข้อมูลการมารับบริการของผู้ป่วยลงโปรแกรม HospXP ของทางโรงพยาบาลหรือบันทึกไม่ถูกต้อง ผู้ว่าจ้างจะระงับการจ่ายค่าจ้างบริการฟอกเลือดของผู้ป่วยรายนั้นรอบนั้น จนกว่าจะมีการบันทึกให้เสร็จสิ้นหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
๕. ผู้รับจ้างไม่รวบรวมจำนวนการให้บริการและยอดค่าบริการแต่ละเดือน ส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพของโรงพยาบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ติดต่อกัน ๒ เดือน ถือเป็นการผิดสัญญา
๖. กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างมีอำนาจเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ หน่วยไตเทียมได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
๗. กรณีผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์พิจารณาบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ทันที และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินค่าจ้างทั้งหมดแทนผู้ว่าจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดตามสัญญา และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาอีกส่วนหนึ่งด้วย และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทํานานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ว่าจ้างทำเองหรือจ้างบุคคลอื่นให้ทำต่อก็ตาม

ลงชื่อ *นางสาวกัญญา* ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญา เทียนประเสริฐกิจ)

ลงชื่อ *นางอุษา* กรรมการ

(นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา)

ลงชื่อ *นางสาวพิกุล* กรรมการ

(นางสาวพิกุล อาษานอก)