

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
สายดูดเสมหะ (สาย Suction)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. ความต้องการ

สายดูดเสมหะ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในการดูดเสมหะ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายดูดเสมหะ ผลิตจาก PVC Medical grade มีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดีไม่พับและหักง่าย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๑ เป็นสายดูดเสมหะ ผลิตจาก PVC Medical grade มีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดีไม่พับและหักง่าย

๒ ความยาวตั้งแต่ส่วนหัว จนถึงส่วนปลายไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

๓ ปลายสายมนเรียบ เพื่อสอดสายเข้าลำคอของผู้ป่วย จะได้ไม่ระคายเคือง ปลายสายมีรูเปิด ๑ รู และ รู ด้านข้างเยื้องกัน ๒ รู เพื่อให้มีช่องว่างของอากาศ ช่วยป้องกันการอุดตันและป้องกันการ หักพับของสาย

๔ เมื่อสายอยู่ในร่างกายผู้ป่วย จะยืดหยุ่นได้ตามอุณหภูมิของร่างกาย

๕ เนื้อพลาสติกมีลักษณะใสสามารถมองเห็นเสมหะภายในสายได้ ผิวภายนอกเรียบสม่ำเสมอไม่ระคาย

๖ ขนาดของสาย มีตั้งแต่ เบอร์ ๕ ถึง เบอร์ ๑๘

๗ บรรจุด้วยซอง ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง

๘ บรรจุซองละ ๑ เส้น สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หลังซองระบุชื่อผลิตภัณฑ์, Lot. Number, วันผลิต และวันหมดอายุ

๙ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ

๑๐ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับเครื่องหมายอุตสาหกรรม(มอก.) และผ่านการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ หากมีการชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๗ วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น/เบอร์ และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา

๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี โดยมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วใช้งานได้ดี หรือกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆ กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมปอง กันนิยม)