

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือตรวจโรคทั่วไป

(Medical gloves)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

.....

๑. ความต้องการ

ถุงมือสำหรับตรวจโรค เบอร์ XS S M L

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับใส่ป้องกันเชื้อโรคขณะตรวจโรคผู้ป่วย

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถุงมือยาง สำหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ที่มีใช้การผ่าตัด และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจปนเปื้อนด้วย มีฉลากระบุชื่อ ชนิด และขนาดของถุงมือ ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต หรือสถานที่จำหน่าย จำนวนถุงมือที่บรรจุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต เลขที่ใบอนุญาต พร้อมทั้งแสดง วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จผิวเรียบ มีผงแป้งเคลือบผิว

๔.๒ เป็นถุงมือยางชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ได้ครั้งเดียว

๔.๓ คุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๐

(พ.ศ. ๒๕๔๗) ถุงมือสำหรับการตรวจโรค

๔.๔ ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก.๑๐๕๖)

๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

๔.๖ ผ่านการทดสอบเพื่อป้องกันการรั่วซึม

๔.๗ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถัดจากวันส่งมอบของ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าแตกหัก หรือเสียหาย จากการใช้งานตามปกติบริษัทจะเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๕.๓ บรรจุในภาชนะบรรจุที่ทึบแสงสะอาด หุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนและป้องกัน

ความเสียหายในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในสภาวะปกติ ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ชิ้น ต่อกล่อง

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กล่อง และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา

๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี โดยมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วใช้งานได้ดี หรือกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆ กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมปอง กันนิยม)