

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถุงมือตรวจโรคชนิดปลอดเชื้อ ชนิดไม่มีแบ่ง  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

**๑.ความต้องการ**

ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับทำหัตถการและการผ่าตัด

**๒.วัตถุประสงค์**

สำหรับใส่ทำหัตถการต่าง ๆ และการผ่าตัด

**๓.คุณลักษณะทั่วไป**

- ๓.๑ ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้ชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด
- ๓.๒ ถุงมือทุกคู่มิลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม.สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี
- ๓.๓ ให้บรรจุถุงมือเป็นคู่โดยแยกบรรจุถุงมือแต่ละข้างในภาชนะบรรจุ และบรรจุในภาชนะอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้วและผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว
- ๓.๔ เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
- ๓.๕ มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุหน้ากล่องบรรจุ และช่องที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด
- ๓.๖ ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิต่างๆที่อาจเป็นผลเสียต่องานเช่นฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
- ๓.๗ เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับการทำศัลยกรรมผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้
- ๓.๘ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีแบ่งเคลือบภายในและภายนอกถุงมือ
- ๓.๙ เป็นถุงมือที่ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม

๓.๑๐ มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิใดๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายในขณะเปียก

๓.๑๑ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ / ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

๓.๑๒ ได้รับมาตรฐาน มอก. ๕๓๘-๒๕๖๐

๓.๑๓ ขนาดบรรจุ กล่องละ ๕๐ คู่

**๔.เงื่อนไขเฉพาะ**

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างถุงมือยาง จำนวน ๑ กล่อง เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๓ เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห่อ และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา

๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วไม่เกิน ๑ ปี โดยมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วใช้งานได้ดี หรือกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆ กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมปอง กันนิยม)