

คุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือข้างเดียวแบบสเตอร์ไรต์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. ความต้องการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะทั่วไป ผลิตจากยางธรรมชาติ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๓.๑ ผลิตจากยางธรรมชาติ

๓.๒ ขนาดถุงมือ : S,M,L

๓.๓ Tensile Strength ต่ำสุด ๒๑ MPA

๓.๔ มีแบ่งหรือเคลือบสารเพื่อหล่อลื่นและสะดวกในการสวมใส่

๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียว

๓.๖ ห่อด้วยกระดาษ โดยสามารถปิดถุงมือได้มิดชิดและสะดวกต่อการเปิดใช้งาน

๓.๗ บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ๑ ข้าง/ซอง

๓.๘ ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้านมี

ความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

๓.๙ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

-วัสดุที่บรรจุและจำนวน

-ขนาด

-วิธีการ Sterilization

-วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต

-วันหมดอายุ

- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๓.๑๐ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๐๕๖-๒๕๕๖

๓.๑๑ โรงงานที่ทำปลอดเชื้อ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ EN ISO ๑๑๑๓๕-๑

Ethylene Oxide Sterilization

๓.๑๒ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide Sterilization

๓.๑๓ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประกอบการพิจารณา

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ หากผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้แนบสำเนา ใบอนุญาตดังกล่าว

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวน ๑๐ ชิ้น และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา

๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี โดยบริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมปอง กันนิยม)