

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับผู้ใหญ่(Reddot)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

- ๑.ความต้องการ แผ่นอิเล็กโทรดใช้ตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ใหญ่
- ๒.วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ๓.คุณลักษณะทั่วไป เป็นแผ่นอิเล็กโทรดใช้ตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ใหญ่
- ๔.คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เนื้อเทพทำจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมพลาสติก มีรูพรุนช่วยในการระบายอากาศและความชื้น
- ๒.เคลือบด้วยกาวยาทำให้เกิดอาการแพ้ น้อย (hypoallergenic adhesive) ติดแนบผิวสัมผัสได้ดี
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
๔. ขอบแผ่นมีแถบยื่นเพื่อง่ายต่อการลอกออก
๕. มีเจลพร้อมในแผ่น เจลสื่อนำไฟฟ้าเป็นชนิดเจลคงรูป(Solid Gel ๓%) มีลักษณะคล้ายเยลลี่ไม่ไหลเยิ้มมาเปื้อนบริเวณเทปกาวและไม่ทิ้งคราบเจลไว้บนผิวหนัง ไม่ลดประสิทธิภาพในการยึดติดตาของแผ่นกาว ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศ จึงสื่อนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้คุณภาพดี
- ๖.ส่วนประกอบของเจลมีปริมาณคลอไรด์ต่ำ(Low Chloride Solid Gel KCL ๒-๕% ช่วยป้องกันการเกิดอาการแพ้บนผิวหนังของผู้ป่วย
- ๗.Liner เป็นกระดาษเคลือบซิลิโคน มีความมันป้องกันไม่ให้ขี้ไฟฟ้าติดกันเอง มีฟาพลาสติกครอบ ช่วยรักษาคุณภาพของเจลให้ใหม่อยู่เสมอ เจลคงอยู่ได้นาน ๓๐ วัน ภายหลังการเปิดซอง
๘. กระดุม (Stud and Eyelet) เป็น คาร์บอน หรือ ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Silver/ Silver Chloride Eyelet) ใช้งานผ่านการ X-ray ได้ไม่ปรากฏภาพบดบัง
๙. การบรรจุหีบห่อจำนวน ๕๐ ชิ้น/ห่อ บนห่อต้องระบุชื่อ เลขที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ไว้ อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๒ ถ้าเป็นสินค้านำเข้า ต้องมีเอกสารรับรองการนำเข้าจาก อย.
- ๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วไม่เกิน ๑ ปี โดยมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วใช้งานได้ดี หรือกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆ กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวสมปอง กันนิยม)