

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นปิดแผล (Top dressing)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

.....

๑.ความต้องการ

แผ่นปิดแผลสำเร็จรูปสำหรับใช้กับผู้ป่วย มี ๓ ขนาด ดังนี้
- ขนาด ๓X๖ นิ้ว -ขนาด ๖X๑๒ นิ้ว -ขนาด ๘X๑๒ นิ้ว

๒.วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ปิดแผล

๓.คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ทำจากสาลีแผ่นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ห่อด้วยเยื่อสังเคราะห์หรือผ้าโปร่งชุบซึม (ก๊อซ) ใว้อย่างเรียบร้อย ป้องกันการหลุดลุ่ยขณะการใช้งาน

๓.๒ มีคุณสมบัติดูดซับของเหลวได้ดี

๓.๓ บรรจุในซองปลอดเชื้อ(Peel Pack) ขนาดบรรจุ ๑ ชิ้น/ห่อ

๓.๔ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิท เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความคงทนไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

๓.๕ ทำให้ปลอดเชื้อด้วยการอบแก๊ส Ethylene Oxide มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำSterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)

๓.๖ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้

- ขนาด
- วัน เดือน ปี หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
- วัสดุที่บรรจุและจำนวน

๓.๗ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาแสดง

๓.๘ ผลิตภัณฑ์สาลี ที่ใช้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตาม มอก.๑๘๒-๒๕๖๒

๓.๙ ต้องมีใบ Certificate ISO ๑๓๔๘๕ ซึ่งรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส Ethylene Oxide

๓.๑๐ ขนาด ๓X๖ นิ้ว

- เพื่อพับสำเร็จแล้วมีขนาด กว้างX ยาว เท่ากับ ๓X๖ นิ้ว
- น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณไม่น้อยกว่า ๖ กรัม +/- ๑๐ %

๓.๑๑ ขนาด ๖X๑๒ นิ้ว

- เพื่อพับสำเร็จแล้วมีขนาด กว้างX ยาว เท่ากับ ๖X๑๒ นิ้ว
- น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณไม่น้อยกว่า ๑๙ กรัม +/- ๑๐ %


๓.๑๒ ขนาด ๘X๑๒ นิ้ว

- เพื่อพับสำเร็จแล้วมีขนาด กว้างX ยาว เท่ากับ ๘X๑๒ นิ้ว
- น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณไม่น้อยกว่า ๒๐ กรัม +/- ๑๐ %

๔.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน, มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
- ๔.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้แนบสำเนาใบอนุญาตดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์นำเข้าให้แนบใบรับรองมาตรฐาน
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห่อ/ขนาด และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา
- ๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วไม่เกิน ๑ ปี โดยมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้วใช้งานได้ดี หรือกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆ กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสมปอง กันนิยม)