

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ใบมีดกำจัดขน (Clipper Blade)  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. ความต้องการ

ใบมีดกำจัดขน (Surgical Clipper Blade)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นใบมีดที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนบนบริเวณผิวหนังก่อนทำการผ่าตัดหรือ  
ทำหัตถการต่าง ๆ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นใบมีดที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนบนบริเวณผิวหนังก่อนทำการผ่าตัดหรือ  
ทำหัตถการต่าง ๆ โดยสภาพของผิวหนังยังมีความคงตัว (Skin Integrity)

๒. เป็นใบมีดชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

๓. ใบมีดแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสม สามารถมองเห็นใบมีดได้ชัดเจน

๔. บรรจุกล่องละ ๕๐ ชิ้น กล่องบรรจุต้องระบุ Lot. No วันที่ผลิตและวันหมดอายุทุกกล่อง

๕. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวใบมีดออกแบบมาให้สามารถใช้ตัดขนตามบริเวณต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี  
พลาสติกหุ้มขอบด้านข้างทั้งหมดเสมอใบมีดเพื่อป้องกันการเกี่ยวหรือบาด เพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ของ  
ผิวหนังเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด

๒. การทำงานของใบมีดจะมีฟันตัดอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันการบาดและทำลายผิวหนังของ  
ผู้ป่วย โดยไม่ก่อให้เกิดบาดแผล บนผิว โดยมีตัวป้องกันระหว่างใบมีดกับผิวหนังใช้งาน

๓. สามารถตัดขนชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผมบนหนังศีรษะ ขนหนวดและหนวด รวมทั้งผมเปียกและแห้ง

๔. ใบมีดมีขนาดความกว้าง ๓.๖ - ๔ เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

๕. ใบมีดสามารถทำการใส่และถอดเปลี่ยนใบมีดโดยได้ง่าย เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรค

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งคืนสินค้า  
ภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๒. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณา  
และการตรวจรับจำนวน ๕ ชิ้น และทางโรงพยาบาลจะไม่คืนของตัวอย่างให้ผู้เสนอราคา

๓. ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องประกอบการใช้ร่วมกับใบมีดให้เพียงพอตามที่ทางโรงพยาบาลร้องขอ

๔. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและ  
ตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กล่อง และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้  
ให้ผู้เสนอราคา

๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว  
ไม่เกิน ๒ ปี โดยบริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระ  
ยุพราชสระแก้วแล้ว และ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใด ๆ กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ดันธิกุล)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวสมปอง กันนิยม)