

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
(Medical gloves)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
.....

๑. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค เบอร์ XS S M

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับใส่ป้องกันเชื้อโรคขณะตรวจโรคผู้ป่วย

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถุงมือยาง สำหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย และผู้ใช้ในการตรวจ วินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ที่มีการผ่าตัด และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่ อาจปนเปื้อนด้วย มีฉลากระบุชื่อ ชนิด และขนาดของถุงมือ ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต หรือสถานที่จำหน่าย จำนวนถุงมือ ที่บรรจุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต เลขที่ใบอนุญาต พร้อมทั้งแสดง วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จผิวเรียบ มีผงแป้งเคลือบผิว

๔.๒ เป็นถุงมือยางชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ได้ครั้งเดียว

๔.๓ คุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๐
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ถุงมือสำหรับการตรวจโรค

๔.๔ ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก.๑๐๕๖)

๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

๔.๖ ผ่านการทดสอบเพื่อป้องกันการรั่วซึม

๔.๗ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถัดจากวันส่งมอบของ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าแตกหัก หรือเสียหาย จากการใช้งานตามปกติบริษัทจะเปลี่ยนให้
โดยไม่คิดมูลค่า

๕.๓ บรรจุในภาชนะบรรจุที่ทึบแสงสะอาด หุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนและป้องกัน
ความเสียหายในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในสภาวะปกติ ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ชิ้น ต่อกล่อง

๕.๔ นำตัวอย่างถุงมือยาง ขนาดละ ๒ กล่อง มาให้คณะกรรมการพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(พันจ่าเอกณรงค์ชัย สมใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนีย์ เลื่อนนารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิไลพร เจริญสถิตย์)