

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. ความต้องการ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับสวมปิดจมูกและปากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
๓. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นหน้ากากอนามัย ที่ใช้ทางการแพทย์ทั่วไป ใช้ครั้งเดียว
๒. มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบจีบ โดยบริเวณด้านบนมีแถบปรับให้แนบกับโครงจมูกของผู้สวมใส่

๔.คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ เย็บซ้อนกัน ๓ ชั้น พับจีบ ๓ จีบ ปราศจากส่วนผสมของยางธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการแพ้บริเวณผิวหนัง
๒. มีขนาดของแผ่นได้มาตรฐาน กว้างไม่น้อยกว่า ๙.๕ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ cm.
๓. เย็บซ้อนกัน ๓ ชั้น (โดยใช้ POLYPROPYLENE SPUNBOND ๒ ชั้น และ THERMLBOND ๑ ชั้น)
 - ๓.๑ ชั้นนอก (OUTER FACING) เป็น POLYPROPYLENE SPUNBOND
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ แกรม
 - ๓.๒ ชั้นกลาง (FILTER MEDIA) เป็น POLYPROPYLENE หรือ THERMLBOND
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ แกรม โดยแผ่นกรองชั้นกลาง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง ตามมาตรฐานหน้ากากทางการแพทย์ EN ๑๔๖๘๓ หรือ ASTM F๒๑๐๐
 - ๓.๓ ชั้นใน (INNER FACING) เป็น POLYPROPYLENE SPUNBOND หรือ THERMLBOND
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ แกรม
๔. ด้านบนมีแถบโลหะเคลือบด้วยพลาสติก PVC (NOSE WIRE) ปรับให้เข้ากับโครงสร้างของจมูกของผู้สวมใส่
๕. เป็นชนิดคล้องหู สายคล้องเป็นแบบกลมหรือแบน (LATEX FREE) ไม่แพ้ หรือระคายเคือง
๖. ความสามารถในการกรองแบคทีเรีย (BFE) และไวรัส (VFE) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๘ %
๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๒๔๒๔-๒๕๖๒
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ EN ๑๔๖๘๓ หรือ ASTM F๒๑๐๐
- ๙.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานโรงงานเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕

๑๐. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองให้เป็นเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


๑๑. ขนาดบรรจุ : ๕๐ ชิ้น/กล่อง บรรจุในกล่องที่มีความแข็งแรงไม่ฉีกขาด และมีถุงพลาสติกสวมปิดมิดชิด
ระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot number และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑.เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๒.ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบพัสดุ
- ๓.เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กล่อง และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว ไม่เกิน ๒ ปี โดยบริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว และ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสุจิตรา ตันธิกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสมปอง กันนิยม)