

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรคชนิดปลอดเชื้อ ชนิดไม่มีแบ่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑.ความต้องการ

ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับทำหัตถการและการผ่าตัด

๒.วัตถุประสงค์

สำหรับใส่ทำหัตถการต่าง ๆ และการผ่าตัด

๓.คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้ชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด

๓.๒ ถุงมือทุกคู่มิลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม.สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี

๓.๓ ให้บรรจุถุงมือเป็นคู่โดยแยกบรรจุถุงมือแต่ละข้างในภาชนะบรรจุ และบรรจุในภาชนะอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้วและผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว

๓.๔ เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน

๓.๕ มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุหน้ากล่องบรรจุ และช่องที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด

๓.๖ ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิต่างๆที่อาจเป็นผลเสียต่องานเช่นฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง

๓.๗ เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับการทำศัลยกรรมผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้

๓.๘ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีแบ่งเคลือบภายในและภายนอกถุงมือ

๓.๙ ผ่านการตรวจสอบรูรั่วของถุงมือด้วยวิธี Water leak test หรือด้วยลมทุกข้าง (๑๐๐% Air Inflation Tested) ตามมาตรฐานคุณภาพ AQL (Acceptable Quality Level) ไม่เกิน ๑.๐๐

๓.๑๐ มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิต่างๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายในขณะเปียก

๓.๑๑ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ / ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

๓.๑๒ รายงานผลการทดสอบถุงมือจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐาน มอก.๕๓๘-๒๕๖๐ หรือได้รับมาตรฐาน มอก.๕๓๘-๒๕๖๐

๓.๑๓ ขนาดบรรจุ กล่องละ ๕๐ คู่

๔.เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กล่อง และทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ให้ผู้เสนอราคา

๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว ไม่เกิน ๒ ปี โดยบริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันว่าเคยผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วแล้ว และ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใดๆกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ดันธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมปอง กันนิยม)